

MO-OA-MOZ-1 Klaarzetten en controleren van medische hulpmiddelen voor laagcomplexere operatieve zorg

➤ Specificaties en beperkingen

Deze EPA heeft betrekking op laag complexe operatieve zorg, zoals beschreven in de complexiteitstabel. Zie hiervoor de tabel in de bijlage.

De activiteit omvat:

- Verzamelen en klaarzetten van medische hulpmiddelen
- Maatregelen nemen bij afwezigheid van benodigde medische hulpmiddelen (bijvoorbeeld de CSA bellen, medewerkers op de OK inlichten)
- Uitvoeren van steriliteitscontrole van medische hulpmiddelen

➤ CanMEDS

☒ <u>Vakinhoudelijk handelen</u>	☐ <u>Maatschappelijk handelen</u>
☒ <u>Communicatie</u>	☐ <u>Leiderschap</u>
☐ <u>Samenwerking</u>	☒ <u>Professionaliteit</u>
☐ <u>Kennis en wetenschap</u>	

➤ Kennis

- Afdelingsprotocollen m.b.t. klaarzetten en controleren van medische hulpmiddelen
- Logistiek proces, ruimte en plaats van medische hulpmiddelen op het OK-complex
- Convenant Medische Technologie
- Operatie protocollen m.b.t. laagcomplexere operatieve zorg
- Standaard benodigde medische hulpmiddelen voor operatie zoals disposables, instrumenten en omloopkar
- Steriliteit principes (steriliteitscontrole van steriele instrumenten(sets) en medische hulpmiddelen):
 - Vloeistoffen en steriele verpakkingen
 - Methoden en processen t.a.v. desinfectie en steriliteit
 - Controleren en beoordelen van steriel materiaal.
 - Transport en opslag steriel materiaal
 - Kennis van rol CSA
- Hygiënevoorschriften
 - POWI e.a. ziekenhuisinfecties
 - Persoonlijke hygiëne
 - Arbeidshygiëne (incl. stralingsveiligheid, stralingsrisicopatiënt)
 - VMS

➤ Vaardigheden en gedrag

- Op een efficiënte manier medische hulpmiddelen verzamelen (bijvoorbeeld in de steriele en onsteriele berging)
- Communiceren met CSA en logistiek medewerker bij ontbreken van medische hulpmiddelen
- Uitvoeren van steriliteitscontrole (datum sticker, gaatjes, laminaat)
- Toepassen van hygiënerichtlijnen

➤ **Toetsinstrumenten**

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden verschillende toetsinstrumenten gebruikt conform landelijke richtlijnen en zoals uitgewerkt in regionale en/of lokale afspraken.

➤ **Fase en niveau**

De verwachting is dat de student na 3 maanden na de start van het praktijkgedeelte de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden.

Bijlage: Complexiteitstabel van zorg voor de OA/MOZ

Toelichting

- Als alle factoren laagcomplex zijn, is de zorgsituatie laagcomplex
- Als minimaal één factor middencomplex is en geen factoren hoogcomplex zijn, is de zorgsituatie middencomplex
- Als minimaal één factor hoogcomplex is, is de zorgsituatie hoogcomplex

Complexiteit van zorg OA/MOZ				
		Laag complexe zorg	Midden complexe zorg	Hoog complexe zorg
Zorgvrager	BMI > 35			3
	Lichamelijke beperkingen		2	
	Eerdere operaties in zelfde compartiment		2	
	ASA 1 en 2, 3	1		
	ASA 4 en 5		2	
	Anesthesiologische complicaties		2	
	BRMO		2	
	Kind van 1-18 jaar		2	
Kans op complicaties peroperatief	Klein	1		
	Gering		2	
	groot			3
Omgeving	OK en o.a. dagbehandeling, onderzoeks- en/of behandelkamer	1		
	IC, SEH, HCK, interventieradiologie			3
Type ingreep	Spoed laag- en middencomplex in dagprogramma		2	
	Spoed: buiten kantooruren, hoog complex en code rood			3
	Verwacht bloedverlies (>1000ml)			3
	Converteren			3
	Multidisciplinair			3
	Meerdere operatiegebieden (compartimenten)			3
	Ongecompliceerde enkelvoudige ingrepen	1		

MO-OA-MOZ-1

Deze EPA is eigendom van het CZO.

De EPA is ontwikkeld door NFU en NVZ ten tijde van het programma CZO Flex Level (2021-2022).

Vastgesteld op 12-2022.

Voor het laatst herzien op 12-2022.

	Implantatiechirurgie		2	
Type ingreep	Gebruik ioniserende straling		2	
	Gebruik cytostatica			3
Benodigde apparatuur	Basisapparatuur op OK	1		
	Geavanceerde apparatuur		2	
	Robot			3
Benodigde instrumentarium/materialen	Basis instrumentarium	1		
	Specifiek instrumentarium		2	
	Basismaterialen	1		
	Specifieke materialen		2	
Positionering zorgvrager	Rugligging en steensnedeligging	1		
	Buikligging, zijligging		2	
	Overige liggingen en afwijkende operatiefels			3